ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

TW.C.34.083.A № 28281

Срок действия до 13 августа 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители сопротивления изоляции моделей 1151IN, 1152MF, 4101IN, 4102MF, 4103IN, 4104IN

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Standard Electric Works Co., Ltd." (SEW), Тайвань

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **21593-07**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 21593-01

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **17 августа 2012 г. № 560**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства Ф.В.Булыгин

"17" 09 2012 г.

Серия СИ № 006176

Срок действия до 07 июня 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **07 июня 2017 г. № 1220**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства С.С. Голубев

"09" 06 2017 г.