



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**TW.C.34.010.A № 54016**

**Срок действия до 05 февраля 2019 г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

**Измерители сопротивления изоляции APPA 605, APPA 607**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**Фирма "APPA Technology Corporation ", Тайвань**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 56407-14**

**ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ**

**МП-035/551-2013**

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **05 февраля 2014 г. № 85**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

13" 02 ..... 2014 г.

Серия СИ

№ 013888



**Срок действия до 19 ноября 2023 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **19 ноября 2018 г. № 2370**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



А.В.Кулешов



26 11 ..... 2018 г.